



г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
Тел.: 8(800)100-73-99
E-mail: info@urctad.ru, Сайт: www.urctad.ru



Проверьте подлинность протокола и данных по ссылке:
<https://cabinet.urctad.ru/uploads/protocol/e195e363-4755-40a7-bc38-b90767220b81>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №218/4 от 31.01.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ

Лабораторный номер	218/4 от 24.01.2023 г.
Номер пробы Заказчика	Дистиллированная вода
Наименование Заказчика	ООО "АКМЗ и К"
Дата отбора пробы	Проба отобрана заказчиком*
По акту отбора	-
Дата получения пробы	24.01.2023
Объект испытаний	-
Место отбора пробы	Производство

Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Результаты анализа пробы	
Фосфор	P	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Серебро	Ag	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Железо	Fe	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Хром	Cr	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Свинец	Pb	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Медь	Cu	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Алюминий	Al	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Никель	Ni	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Титан	Ti	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Ванадий	V	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Молибден	Mo	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Марганец	Mn	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Бор	B	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Магний	Mg	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Кальций	Ca	мг/л	ICP-OES Optima 8000	2
Барий	Ba	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Цинк	Zn	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Кремний	Si	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Натрий	Na	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Калий	K	мг/л	ICP-OES Optima 8000	1
Литий	Li	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0
Олово	Sn	мг/л	ICP-OES Optima 8000	0

*Ответственность за отбор пробы несет непосредственно Заказчик

Руководитель ИЦ

Исаченко Н. А.

